



VOCs 日常巡检记录表

企业名称: 湖北恒安环保工程有限公司 巡检日期: 2023 年 04 月 3 日

气态污染物 VOCs 规格型号:

安装地点: 站房卫生 维护单位: h-a-e

运行维护内容及处理说明:

项目	内容	维护情况	备注
维护 预备	查询日志 (1)	✓	
	检查耗材 (1)	✓	
	站房卫生 (1)	✓	
辅助 设备 检查	站房门窗的密封性检查 (1)	✓	
	供电系统 (稳压、UPS 等) (1)	✓	
	室内温湿度 (1)	✓	
	空调 (1)	✓	
	空气压缩机压力 (1)	✓	
	压缩机排水 (1)	✓	
气态 污染 物监 测 设备 检查	采样管路气密性检查 (3)	✓	
	清洗采样探头、过滤装置、采 样泵 (3)	✓	
	探头、管路加热温度检查 (1)	✓	
	采样系统流量 (1)	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查 (1)	✓	
	手动反吹检查 (1)	✓	
	采样泵流量 (1)	✓	
	保温箱温度 (1)	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查 (1)	✓	
	空气过滤器 (1)	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查 (1)	✓	
	色谱仪状态检查 (1)	✓	
	色谱仪校准 (2)	✓	
	测量数据检查 (1)	✓	
	全系统校准 (4)	✓	
系统校准 (5)			

项目	内容	维护情况	备注
流速 监测 系统 检查	探头检查 (4)		
	反吹装置 (3)		
	测量传感器 (3)		
	流速、流量、烟道压力测量数 据 (1)	✓	
其他 烟气 监测 参数	氧含量测量数据 (1)	✓	
	温度测量数据 (1)	✓	
	湿度测量数据 (1)	✓	
	氨测量数据 (1)	✓	
	氯化氢测量数据 (1)	✓	
数据 传输 装置	通信线的连接 (1)	✓	
	传输设备电源 (1)	✓	
巡检人员签字		<u>李科</u>	
异常情 况处理 记录	<u>更换过滤器、钢瓶</u>		
	注1: 正常请打“√”; 不正常请打“x”并及时处理并做相应记录; 未检查则不用标识。 注2: “1”为每7d至少进行一次维护, “2”为每15d至少进行一次维护, “3”为每30d至少进行一 次的维护, “4”为每90d至少进行一次维护, “5”为每90d (无自动校准功能) 或每180d (有自 动校准功能) 至少进行一次维护。		



VOCs 日常巡检记录表

企业名称: 远发 年 4 月 10 日

气态污染物 VOCs 生产商:	气态污染物 VOCs 规格型号:
安装地点:	维护单位:

运行维护内容及处理说明:

项目	内容	维护情况	备注
维护 预备	查询日志 (1)	✓	
	检查耗材 (1)	✓	
辅助 设备 检查	站房卫生 (1)	✓	
	站房门窗的密封性检查 (1)	✓	
	供电系统 (稳压、UPS 等) (1)	✓	
	室内温湿度 (1)	✓	
	空调 (1)	✓	
	空气压缩机压力 (1)	✓	
	压缩机排水 (1)	✓	
	采样管路气密性检查 (3)		
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵 (3)		
	探头、管路加热温度检查 (1)	✓	
气态 污染 物监 测设 备检 查	采样系统流量 (1)	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查 (1)	✓	
	手动反吹检查 (1)	✓	
	采样泵流量 (1)	✓	
	保温箱温度 (1)	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查 (1)	✓	
	空气过滤器 (1)	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查 (1)	✓	
	色谱仪状态检查 (1)	✓	
	色谱仪校准 (2)		
	测量数据检查 (1)	✓	
	全系统校准 (4)		
	系统校验 (5)		

项目	内容	维护情况	备注
流速 监测 系统 检查	探头检查 (4)		
	反吹装置 (3)		
	测量传感器 (3)		
	流速、流量、烟道压力测量数据 (1)	✓	
其他 烟气 监测 参数	氧含量测量数据 (1)	✓	
	温度测量数据 (1)	✓	
	湿度测量数据 (1)	✓	
	氮测量数据 (1)	✓	
	氯化氢测量数据 (1)	✓	
数据 传输 装置	通信线的连接 (1)	✓	
	传输设备电源 (1)	✓	
巡检人员签字 <u>李科</u>			
异常情况 处理 记录	<u>杨偏新较大: 校正后数据正常</u>		
注1: 正常请打“√”; 不正常请打“×”并及时处理并做相应记录; 未检查则不用标识。 注2: “1”为每7d至少进行一次维护, “2”为每15d至少进行一次维护, “3”为每30d至少进行一次维护, “4”为每90d至少进行一次维护, “5”为每90d (无自动校准功能) 或每180d (有自动校准功能) 至少进行一次维护。			



VOCs 日常巡检记录表

企业名称: 正大(上海)食品有限公司 巡检日期: 2023年4月1日

气态污染物 VOCs 生产商:	气态污染物 VOCs 规格型号:
安装地点:	维护单位:

运行维护内容及处理说明:

项目	内容	维护情况	备注
维护 预备	查询日志 (1)	✓	
	检查耗材 (1)	✓	
辅助 设备 检查	站房卫生 (1)	✓	
	站房门窗的密封性检查 (1)	✓	
	供电系统 (稳压、UPS 等) (1)	✓	
	室内温湿度 (1)	✓	
	空调 (1)	✓	
	空气压缩机压力 (1)	✓	
	压缩机排水 (1)	✓	
	采样管路气密性检查 (3)		
	清洗采样探头、过滤器、采样泵 (3)		
	探头、管路加热温度检查 (1)	✓	
气态 污染 物监 测设 备检 查	采样系统流量 (1)	✓	
	反吹过滤器、阀门检查 (1)	✓	
	手动反吹检查 (1)	✓	
	采样泵流量 (1)	✓	
	保温箱温度 (1)	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查 (1)	✓	
	空气过滤器 (1)	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查 (1)	✓	
	色谱仪状态检查 (1)	✓	
	色谱仪校准 (2)		
	测量数据检查 (1)	✓	
	全系统校准 (4)		
	系统校准 (5)		

项目	内容	维护情况	备注
流速 监测 系统 检查	探头检查 (4)		
	反吹装置 (3)		
	测量传感器 (3)		
	流速、流量、烟道压力测量数据 (1)	✓	
其他 烟气 监测 参数	氧含量测量数据 (1)	✓	
	温度测量数据 (1)	✓	
	湿度测量数据 (1)	✓	
	氨测量数据 (1)	✓	
	氯化氢测量数据 (1)	✓	
数据 传输 装置	通信线的连接 (1)	✓	
	传输设备电源 (1)	✓	
巡检人员签字		<u>李华</u>	
异常情况 处理 记录			

注1: 正常请打“√”; 不正常请打“x”并及时处理并做相应记录; 未检查则不用标识。
注2: “1”为每7d至少进行一次维护, “2”为每15d至少进行一次维护, “3”为每30d至少进行一次维护, “4”为每90d至少进行一次维护, “5”为每90d (无自动校准功能) 或每180d (有自动校准功能) 至少进行一次维护。



VOCs 日常巡检记录表

企业名称: 正大 巡检日期: 23年 4月 14日

气态污染物 VOCs 生产商:	气态污染物 VOCs 规格型号:
安装地点:	维护单位: <u>正大</u>

运行维护内容及处理说明:

项目	内容	维护情况	备注
维护 预备	查询日志 (1)	✓	
	检查耗材 (1)	✓	
辅助 设备 检查	站房卫生 (1)	✓	
	站房门窗的密封性检查 (1)	✓	
	供电系统 (稳压、UPS 等) (1)	✓	
	室内温湿度 (1)	✓	
	空调 (1)	✓	
	空气压缩机压力 (1)	✓	
	压缩机排水 (1)	✓	
	采样管路气密性检查 (3)		
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵 (3)		
	探头、管路加热温度检查 (1)	✓	
气态 污染 物监 测设 备检 查	采样系统流量 (1)	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查 (1)	✓	
	手动反吹检查 (1)	✓	
	采样泵流量 (1)	✓	
	保温箱温度 (1)	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查 (1)	✓	
	空气过滤器 (1)	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查 (1)	✓	
	色谱仪状态检查 (1)	✓	
	色谱仪校准 (2)		
	测量数据检查 (1)	✓	
	全系统校准 (4)		
	系统校准 (5)		

项目	内容	维护情况	备注
流速 监测 系统 检查	探头检查 (4)		
	反吹装置 (3)		
	测量传感器 (3)		
	流速、流量、烟道压力测量数据 (1)	✓	
	氧含量测量数据 (1)	✓	
其他 烟气 监测 参数	温度测量数据 (1)	✓	
	湿度测量数据 (1)	✓	
	氨测量数据 (1)	✓	
	氯化氢测量数据 (1)	✓	
数据 传输 装置	通信线的连接 (1)	✓	
	传输设备电源 (1)	✓	
	巡检人员签字	<u>李伟</u>	
异常情况 处理 记录	<u>记录在案 下次补检</u>		
注1: 正常请打“√”; 不正常请打“x”并及时处理并做相应记录; 未检查则不用标识。 注2: “1”为每7d至少进行一次维护, “2”为每15d至少进行一次维护, “3”为每30d至少进行一次维护, “4”为每90d至少进行一次维护, “5”为每90d(无自动校准功能)或每180d(有自动校准功能)至少进行一次维护。			

